

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。

令和3年7月19日

経理責任者

独立行政法人国立病院機構舞鶴医療センター
一院長 法里 高

◎ 調達機関番号 597 ◎ 所在地番号 26

○ 第0008603号 (No. 0008603)

1 調達内容

(1) 品目分類番号 22、31

(2) 導入計画物品及び数量 脳外科用手術顕微鏡一式

(3) 調達方法 購入等

(4) 導入予定時期 令和4年3月31日まで

(5) 調達に必要なとされる基本的な要求要件

① 脳腫瘍や脳動脈瘤など脳神経外科分野における様々な症例に対応可能であること。

② 倍率比が1:6以上であること。

③ 倍率変倍機構はフットスイッチ及びコントロールハンドル制御による電動式であり、緊急時の手動調整が可能であること。

④ 術中の映像を有効画素数1920×1080以上の

フルハイビジョンの解像度で表示し、録画が可能であること。

2 資料及びコメントの提供方法

上記 1 (2) の物品に関する一般的な参考資料及び同 (5) の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。

(1) 資料等の提供期限 令和 3 年 9 月 3 日 (金) 17 時 00 分 (郵送の場合は必着のこと)

(2) 提出先 〒625-8502 京都府舞鶴市字行永 2410 番地 独立行政法人国立病院機構舞鶴医療センター 企画課長 北口 英明 電話 0773-62-2680 内線 234

3 説明書の交付

本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。

(1) 交付期間 令和 3 年 7 月 19 日から令和 3 年 9 月 3 日

(2) 交付場所 上記 2 (2) に同じ。

4 説明会の開催 開催しない。

5 その他 この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。

6 Summary

- (1) Classification of the services to be procured : 22、31
- (2) Nature and quantity of the services to be required: Neurosurgery microscope 1 set
- (3) Type of the procurement : Purchase
- (4) Basic requirements of the procurement
 - ① The microscope has the ability to be used in variety of neurosurgery cases.
 - ② The magnification ratio of the microscope is 1: 6 over.
 - ③ The magnification variable mechanism of the microscope must be electric by controlling the foot switch and control handle. And manual operation is possible in an emergency.
 - ④ The microscope that can display intraoperative images at full high-definition resolution with effective pixels of 1920 x 1080, and has a recording function.
- (5) Time - limit for the submission of the requested material : 5 : 00 P.M September 3, 2021 Fulfillment place : National H

ospital Organization Maizuru Medical Center

(6) Contact point for the notice : Hideaki Kitaguchi , Director , Accounting Division , National Hospital Organization Maizuru Medical Center , 2410 , Aza-Yukinaga Maizuru -shi , Kyoto-fu 625-8502 , Japan . TEL 0773-62-2680 ext. 234